Brosse de prélèvement cytologique biliaire INFINITY®

STERILE EO

LATEX 2

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél. : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

INFINITY® - Brosse de prélèvement cytologique biliaire

Idéal pour la collecte d'échantillons au cours d'une ERCP
Compatible fils guides courts et longs.

Indications : Le dispositif d'échantillonnage Infinity ® à usage unique est conçu pour collecter des échantillons de cellules cytologiques dans le tube digestif et en particulier la voie biliaire.


Poils rigides pour faciliter l'abrasion cellulaire.
Axe en nitinol pour une bonne « pushabilité » en évitant les plicatures.
Poils souples pour capturer les cellules décrochées.
Espace entre les brosses pour permettre aux cellules de se loger le long du cathéter.

Référence	CATHÉTER	
	Longueur utile	Diamètre
US/00711652	200 cm	3 mm / 9 fr

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **5**
Type d'emballage individuel : **Sachet prédécoupé**
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Dispositif médical de classe I stérile - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - dispositif médical non pris en charge par les assurances maladies

Matériaux :

Brosse :	Nylon et acier inoxydable
Axe :	Nitinol
Marqueur radio-opaque :	Platine / Iridium
Poignée, bobine :	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	☑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non
Bisphénol A :	❑Oui	☑Non

Stérilité :

Stérile :	☑Oui	❑Non
Mode de stérilisation :	Oxyde d'éthylène	
Nombre d'utilisation :	Usage Unique	

Conservation :

Conditions de conservation:	Température ambiante contrôlée (15 à 25 °C)
Durée de péremption :	3 ans

Autres données :

Présence d'un code barre : ☑Oui ❑Non

Référentiel utilisé : ❑HIBC ☑GS1-128

Avec les informations :

Référence :	☑Oui	❑Non
N° de lot :	☑Oui	❑Non
Date de péremption :	☑Oui	❑Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice

Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant :

Fabricant :	US Endoscopy, Inc.
Pays :	Etats-Unis

Marquage CE :

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086

Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe V 3.2

Produit de classe I, selon la règle 5